

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PARECER TÉCNICO COMPAMEO

VOCÊ SABE POR QUE REALIZA OS TESTES DOS MATERIAIS?

- As aquisições dos materiais odontológicos ocorrem através de licitação pública, onde os fornecedores oferecem suas marcas e concorrem em pregão eletrônico;
- Para que as marcas possam ser aprovadas para compra é necessário que sejam realizados testes para garantir a qualidade do material;
- A partir do parecer técnico de cada profissional, a COMPAMEO avalia e aprova ou não a marca do material testado para compra;
- O parecer técnico tem o propósito de reprovar marcas que apresentem materiais de baixa qualidade. A aquisição dos mesmos será realizada através de marcas que apresentem qualidade superior, que também deverá passar pelo mesmo processo de testagem.

PREENCHIMENTO ADEQUADO

DESCRITIVO : São as características essenciais que o material deve apresentar para que possa ser classificado como favorável ao uso na rede.

EXEMPLO:

BROCA Nº 1014, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA TIPO ESFÉRICA, HASTE CURTA, APROXIMADAMENTE 22MM DE COMPRIMENTO. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE LISA, PERFEITO ENCAIXE EM ALTA ROTAÇÃO, SEM REBARBAS. PONTA ATIVA DIAMANTADA C/ GRANULAÇÕES UNIFORMES. RESISTENTE A AUTOCLAVAGEM, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ONDE DEVE CONSTAR IDENTIFICAÇÃO DE MARCA E LOTE DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.

“O MATERIAL APRESENTA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO DESCRITIVO?”

SIM



Realizar testagem para avaliar demais itens como embalagem, invólucro, aspectos do material.

Exemplo: após a esterilização o material manteve as características do descritivo, como não sofrer oxidação, realizar a testagem no paciente.

NÃO



Avaliar se esta característica é excludente, se não for, realizar a testagem para avaliar os demais itens.

Exemplo: o material após a esterilização oxidou, não prosseguir com a testagem em paciente.

INVÓLUCRO X EMBALAGEM

Invólucro: Serve para envolver; embrulho. Protege a embalagem dos materiais.

Embalagem: recipiente que armazena o produto.

*Todos os produtos tem embalagem e podem ter ou não o invólucro.

INVÓLUCRO



EMBALAGEM



COERÊNCIA NO PREENCHIMENTO

Ao realizar a testagem do material, a avaliação dos aspectos do material deve estar de acordo com o parecer final e sua justificativa.

ASPECTOS DO MATERIAL			
Tempo de manipulação (bula)	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Tempo de trabalho (bula)	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Tempo de presa (bula)	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Cor conforme escala	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Cor conforme embalagem	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Acabamento superficial	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Lisura superficial	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Sabor	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Fluidez	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Resistência	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Flexibilidade	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Espessura	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Formato	<input type="checkbox"/> Adequado	<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado	<input type="checkbox"/> Não se aplica
Adequação ao uso na prática clínica	<input type="checkbox"/> Adequado		<input checked="" type="checkbox"/> Não adequado
Observações:			

Quantidade de testagens realizadas: _____

<input checked="" type="checkbox"/> Parecer favorável Justificativa: ADEQUADO AO USO	<input type="checkbox"/> Parecer desfavorável Justificativa:
---	---

P.S: Neste exemplo, os aspectos do material foram avaliados como não adequados, porém o parecer foi favorável com a justificativa de adequado ao uso, mostrando incoerência na avaliação do parecer.

QUALITATIVO X COMPARATIVO

A testagem serve para avaliar se o material de determinada marca é adequado para ser utilizado no atendimento clínico. Esta avaliação não deve levar em consideração as marcas de materiais já existentes na rede, pois o objetivo não é traçar comparativos e sim avaliar cada item isoladamente.

<input type="checkbox"/> Parecer favorável Justificativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Parecer desfavorável Justificativa: O material que está sendo usado na rede é melhor para trabalhar
--	--

<input type="checkbox"/> Parecer favorável Justificativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Parecer desfavorável Justificativa: Prefiro a marca "X"
--	--

Avaliação incorreta


IMPORTANTE: A avaliação deverá considerar se o material atende suas funções com qualidade para o uso coletivo, e não indicar preferências individuais.

PARECER ESPONTÂNEO

Através do parecer espontâneo é possível avaliar as marcas já disponíveis na rede. Uma marca aprovada e em uso não significa que ela não poderá ser contestada.

Utilize o parecer espontâneo para expressar seu descontentamento com as marcas que já estão em uso na rede, a qualquer momento. Este parecer deve ser entregue para dentista distrital e deve ser carimbado e assinado pelos profissionais da equipe de saúde bucal.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS



*A qualidade dos materiais utilizados na rede, depende exclusivamente da avaliação dos profissionais nos pareceres técnicos.

IMPACTO DOS PARECERES NA REDE

